

U.O.C Cardiologia

Cosenza 06.11.17

**OGGETTO: Procedura Negoziata Telematica ME.PA N. 1741833 per la fornitura di n.50 aste portaflebo – CIG.ZB1206DDA6 - Parere Conformità Tecnica.**

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, visionata la documentazione tecnica presentata dalle n.16 ditte partecipanti, si rappresenta che il prodotto offerto dalla Lucini non è conforme alle caratteristiche richieste in gara, in quanto l'asta risulta priva di base.

Distinti saluti.

*Il Coordinatore f.f.  
U.O.C Cardiologia  
Dr.ssa Caterina Fortuna*