

AUGGATO "B"



AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



U.O.s. Farmacovigilanza e dispositivi medici

Cosenza, 18.01.2018

Alla c.a. direttore U.O.C PEGL
Dott. Teodoro Gabriele

Oggetto: relazione tecnica gara "Dispositivi medici per oculistica"

In relazione alla gara in oggetto, sono state esaminate le documentazioni e la campionatura presentate dalle ditte partecipanti. Si è pertanto giunti alla valutazione qualitativa allegata alla presente.

Dr.ssa Rossana Ritacca



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
COSENZA, 01/02/18

Dr. Alessandro Tortorella

144

DITTA	car. Tecniche 52	doc. 2	conf. 3	ass. post	totale
LOTTO1					
HOSPITAL INSTR.	52	2	3	3	60
TEC MED	52	2	3	0	57
LOTTO2					
ELLEBI MEDICAL	52	2	3	3	60
LOTTO3					
HOSPITAL INSTR.	52	2	3	3	60
ESPANSIONE MARKETING	52	2	3	0	57
TECNOFTALMICA	52	2	3	0	57
TEC MED	52	2	3	0	57
POLIMEDICA	52	2	3	3	60
LOTTO4					
ALFA INTES	52	2	3	3	60
HOSPITAL INSTR.	52	2	3	3	60
ESPANSIONE MARKETING	52	2	3	0	57
TECNOFTALMICA	52	2	3	0	57
VELTUR MEDICAL	52	2	3	0	57
TEC MED	52	2	3	0	57
POLIMEDICA	52	2	3	3	60
EMMEGI	52	2	3	3	60
LOTTO5					
ALFA INTES	52	2	3	3	60
HOSPITAL INSTR.	52	2	3	3	60
ESPANSIONE MARKETING	52	2	3	0	57
TECNOFTALMICA	52	2	3	0	57
TEC MED	52	2	3	0	57
EMMEGI	52	2	3	3	60
LOTTO 6					
ALFA INTES	52	2	3	3	60
HOSPITAL INSTR.	52	2	3	3	60
ESPANSIONE MARKETING	52	2	3	0	57
TECNOFTALMICA	52	2	3	0	57
TEC MED	52	2	3	0	57
POLIMEDICA	52	2	3	3	60
EMMEGI	52	2	3	3	60
LOTTO 7					
HOSPITAL INSTR.	52	2	3	3	60




PER COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE
 COSENZA, 01/02/23

Calderini

104



LOTTO 8						
ALCON	nella documentazione inviata non sono specificate le caratteristiche dell'iniettore, non invia campionatura	0	0	0	0	0
EYES FUTURE		52	2	3	3	60
ESPANSIONE MARKETING		20	2	3	0	25
VELTUR MEDICAL		52	2	3	0	57
POLIMEDICA	non invia campionatura, dalla scheda tecnica non si riesce ad effettuare opportuna valutazione	0	0	0	0	0
LOTTO 9						
NESSUNA OFFERTA NON SI AGGIUDICA						
LOTTO 10						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
ESPANSIONE MARKETING		30	2	3	0	35
TECNOFTALMICA		10	2	3	0	15
VELTUR MEDICAL		10	2	3	0	15
TEC MED		10	2	3	0	15
EMMEGI	manca campione, schede insufficienti per una corretta valutazione	0	0	0	0	0
LOTTO 11						
NESSUNA OFFERTA NON SI AGGIUDICA						
LOTTO 12						
ALCON		52	2	3	0	57
ESPANSIONE MARKETING		52	2	3	0	57
TECNOFTALMICA		52	2	3	0	57
VELTUR MEDICAL		47	2	3	0	52
ELLEBI MEDICAL		47	2	3	3	55
LOTTO 13						
ALFA INTES		52	2	3	3	60
ESPANSIONE MARKETING		52	2	3	0	57
ELLEBI MEDICAL		52	2	3	3	60
LOTTO 14						
POLIMEDICA		52	2	3	3	60



PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
COSENZA, 02/02/28

Handwritten signature

Handwritten signature

Ra



LOTTO 15						
ELLEBI MEDICAL		52	2	3	3	60
LOTTO 16						
ELLEBI MEDICAL		52	2	3	3	60
LOTTO 17						
ALFA INTES		52	2	3	0	57
ALCON		52	2	3	0	57
POLIMEDICA	manca campione, documentazine insufficiente per una corretta valutazione	0	0	0	0	0
LOTTO 18						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 19						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
ESPANSIONE MARKETING		52	2	3	0	57
TEC MED	sistema aspirazione gas poco sicuro, non idoneo alle esigenze della U.O.	0	0	0	0	0
ELLEBI MEDICAL		52	2	3	3	60
LOTTO 20						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
ESPANSIONE MARKETING		52	2	3	0	57
ELLEBI MEDICAL		52	2	3	3	60
LOTTO 21						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 22						
TEC MED		47	2	3	0	52
ELLEBI MEDICAL		47	2	3	3	55
EMMEGI		47	2	3	3	55
LOTTO 23						
EYES FUTURE		52	2	3	3	60
POLIMEDICA		47	2	3	3	55
LOTTO 24						
ALCON	non conforme , offre 7 ml	0	0	0	0	0
POLIMEDICA		47	2	3	3	55



COSENZA. 03/02/28

Handwritten signature

100



LOTTO 25						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
TEC MED	dalle schede tecniche non si evince la viscosità, pertanto non si valuta	0	0	0	0	0
POLIMEDICA		47	2	3	3	55
EMMEGI		47	2	3	3	55
LOTTO 26						
ESPANSIONE MARKETING		52	2	3	0	57
LOTTO 27						
ESPANSIONE MARKETING	manca campione, documentazione insufficiente per una corretta valutazione	0	0	0	0	0
EMMEGI		47	2	3	3	55
LOTTO 28						
ELLEBI MEDICAL		52	2	3	3	60
LOTTO 29						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
ESPANSIONE MARKETING		52	2	3	0	57
TEC MED		52	2	3	0	57
EMMEGI		52	2	3	3	60
LOTTO 30						
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
LOTTO 31 NESSUNA OFFERTA NON SI AGGIUDICA						
LOTTO 32						
ALFA INTES	non compatibile con strumentazione in uso	0	0	0	3	3
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
LOTTO 33						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 34						
ALFA INTES		52	2	3	3	60
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 35						



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COSENZA 01/02/18

Handwritten signature in blue ink.

144

10

ALFA INTES		52	2	3	3	60
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 36						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 37						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 38						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 39						
ALFA INTES	non valutabile, dalle schede tecniche e dal campione presentato non si evincono le misure	0		0	0	0
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 40						
ALFA INTES	non conforme non scanalata	0	0	0	0	0
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 41						
HOSPITAL INSTR.		47	2	3	3	55
ESPANSIONE MARKETING		47	2	3	0	52
LOTTO 42						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
ESPANSIONE MARKETING		52	2	3	0	57
TEC MED		52	2	3	0	57
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
LOTTO 43						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
ESPANSIONE MARKETING	non conforme, non selettivo per MLI	0	0	0	0	0
LOTTO 44						
VELTUR MEDICAL		52	2	3	0	57
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
LOTTO 45						
ALFA INTES	dalla documentazione presentata non si evince se la lente è antiriflesso	52	2	3	3	60



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COSENZA, 04/02/18

Luca Luca

103

(15)

ESPANSIONE MARKETING		52	2	3	0	57
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
LOTTO 46						
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
EMMEGI		52	2	3	3	60
LOTTO 47						
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
LOTTO 48						
ALFA INTES		52	2	3	3	60
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
LOTTO 49						
ALFA INTES		52	2	3	3	60
ELLEBI MEDICAL		52	2	3	3	60
LOTTO 50						
ALFA INTES		52	2	3	3	60
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
LOTTO 51						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 52						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 53						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
TEC MED	non conforme per composizione, manca componente antibiotica	0		0	0	0
LOTTO 54						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 55						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 56						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
ESPANSIONE MARKETING	non conforme per concentrazione, offre 0,15%	0	0	0	0	0
LOTTO 57						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60



PER CLIP E
ALL'ORIGINALE
COSENZA 01/02/18

Luca...

144



LOTTO 58						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 59						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 60						
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
LOTTO 61						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 62						
INGENESI		52	2	3	0	57
LOTTO 63 - non si aggiudica, presente in altra gara						
HOSPITAL INSTR.	0	0	0	0	0	0
INGENESI	0	0	0	0	0	0
LOTTO 64 nessuna offerta non si aggiudica						
LOTTO 65 nessuna offerta non si aggiudica						
LOTTO 66						
ALFA INTES		52	2	1	3	58
ESPANSIONE MARKETING		52	2	3	0	57
VELTUR MEDICAL		52	2	3	0	57
EMMEGI		52	2	3	3	60
LOTTO 67 nessuna offerta non si aggiudica						
LOTTO 68						
ELLEBI MEDICAL		52	2	3	3	60
LOTTO 69						
ALFA INTES		52	2	3	3	60
ELLEBI MEDICAL		52	2	3	3	60
LOTTO 70						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 71						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
ELLEBI MEDICAL		52	2	3	3	60
LOTTO 72						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60



COSENZA 01/02/18

Handwritten signature in blue ink.

144



LOTTO 73 nessuna offerta non si aggiudica						
LOTTO 74 nessuna offerta non si aggiudica						
LOTTO 75 nessuna offerta non si aggiudica						
LOTTO 76 nessuna offerta non si aggiudica						
LOTTO 77						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
LOTTO 78						
ALFA INTES		52	2	3	3	60
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
EMMEGI		52	2	3	3	60
LOTTO 79						
ALFA INTES		52	2	3	3	60
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
EMMEGI		52	2	3	3	60
LOTTO 80 nessuna offerta non si aggiudica						
LOTTO 81						
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
LOTTO 82						
ALFA INTES		52	2	3	3	60
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
EMMEGI		52	2	3	3	60
LOTTO 83						
ALFA INTES		52	2	3	3	60
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
EMMEGI		52	2	3	3	60
LOTTO 84						
ALFA INTES		52	2	3	3	60
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
ESPANSIONE MARKETING		52	2	3	0	57
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
EMMEGI		52	2	3	3	60




PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COSENZA, 01/02/18

Handwritten signature in blue ink.

LOTTO 85						
ALFA INTES	non conforme, non offre di keracel	0	0	0	0	0
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
ESPANSIONE MARKETING		52	2	3	0	57
TECNOFTALMICA		52	2	3	0	57
BETATEX		52	2	3	0	57
TEC MED		52	2	3	0	57
ELLEBI MEDICAL		52	2	3	3	60
LOTTO 86						
EYES FUTURE		52	2	3	3	60
LOTTO 87						
ALCON	non conforme, non di sicurezza , come da normativa	0	0	0	0	0
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
TECNOFTALMICA	non conforme, non di sicurezza , come da normativa	0	0	0	0	0
VELTUR MEDICAL	non conformi voci 4 e 5 per angolatura	0	0	0	0	0
POLIMEDICA	non invia campionatura, dalla documentazioni presentate non si evince se sono dotati di sistema di sicurezza	0	0	0	0	0
EMMEGI		52	2	3	3	60
LOTTO 88						
HOSPITAL INSTR.		52	2	3	3	60
CAM HOSPITAL	non conforme, offre bevel up a 45° e non a 55°	0	0	0	0	0
VELTUR MEDICAL	non conforme, offre bevel up a 45° e non a 55°	0	0	0	0	0
BETATEX	non conforme, offre lama a 55 °e non a 45°, crescent a 2,6 e non a 2,5	0	0	0	0	0
LOTTO 89						
EYES FUTURE		52	2	3	3	60




PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COSENZA, 01/02/18

Luca

peg

LOTTO 90						
ALFA INTES		52	2	3	3	60
LOTTO 91						
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
LOTTO 92						
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
LOTTO 93						
ALFA INTES		52	2	3	3	60
LOTTO 94 nessuna offerta non si aggiudica						
LOTTO 95 e 96, non si aggiudicano, sovrapposibili ai lotti 78 e 79						
LOTTO 97 nessuna offerta non si aggiudica						
LOTTO 98						
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
EMMEGI		52	2	3	3	60
LOTTO 99						
ALCON		52	2	3	0	57
ESPANSIONE MARKETING	aghi non idonei per impianto IOL a sospensione sclerale	0	0	0	0	0
TEC MED	aghi non idonei per impianto IOL a sospensione sclerale	0	0	0	0	0
LOTTO 100						
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
LOTTO 101						
ALFA INTES		52	2	3	3	60
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
EMMEGI		52	2	3	3	60
LOTTO 102						
ALFA INTES		52	2	3	3	60
POLIMEDICA		52	2	3	3	60
EMMEGI		52	2	3	3	60



COSENZA 06/02/18

Handwritten signature



LOTTO 103					
EYES FUTURE		52	2	3	3

-60
Paul Lore

Key



PER COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE
 COSENZA, 01/04/28

Anna

Anna