


U.O. Direzione Medica P.U.  
Direttore Dr. Salvatore De Paola

Prot. n.º del \_\_\_\_\_



A

Direttore G.F.S.L.  
Dott. Teodoro Gabriele

Responsabile Ufficio Economato  
Dott. Alberto Grano

Oggetto: relazione gara arredi per sala operatoria

In data 3 gennaio 2018 i sottoscritti componenti della commissione tecnica per la valutazione degli arredi di sala operatoria, Dr Gianfranco Greco e Sig.ra Maria Teresa Garofalo, si sono riuniti per la presa in carico della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto.

Si è proceduto alla valutazione delle singole offerte assegnando alle stesse un punteggio di qualità in 70esimi per come previsto dal capitolato di gara.

Dall'analisi puntuale dei prodotti è scaturito il seguente risultato:

- Lotto 1

Fornitura	Bawer	Cam Hospital	Centro Forniture Sanitarie	Gioia Hospital	Lucini Surgical Concept	Medical Service
1) ARMADIO ANTE CIECHE PER SALA OPERATORIA	52	47	55	53	57	33
2) ARMADIO A VETRI PER SALA OPERATORIA	51,5	33	55	53	62	32
punti totali	103,5	80	110	106	119	65
<b>punteggio proporzionato ai 70 punti di qualità</b>	<b>51,75</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>59,5</b>	<b>32,5</b>

- Lotto 2

fornitura	Biomedical Service	Cam Hospital	Centro Forniture Sanitarie	Gioia Hospital	Lucini Surgical Concept
1) SEDILE PER OPERATORE TIPO "POUSCHE"	66	53	53	67	69
2) SGABELLO acciaio inox AISI 304	67	61	55	63	68
3) PEDANA PER SALA OPERATORIA	64	65	70	65	70
4) CARRELLO A DUE RIPIANI IN ACCIAIO INOX MIS. 90 x 60 x 85 H	68	43	53	55	51
5) SCALETTA A DUE GRADINI:	56	37	69	65	64
6) ASTE PORTA FLEBO IN ACCIAIO:	48	63	70	53	53
7) CARRELLO PER DISTRIBUZIONE FARMACI:	43	45	56,5	63,5	64
punti totali	412	367	426,5	431,5	439
<b>punteggio proporzionato ai 70 punti di qualità</b>	<b>58,8</b>	<b>52,4</b>	<b>60,9</b>	<b>61,6</b>	<b>62,7</b>

Si segnala in ogni caso che, qualora fosse necessario, tutte le schede relative alle valutazioni delle offerte è disponibile presso la DMPU.

Distinti saluti

Il Dirigente Medico  
Dr Gianfranco Greco

Referente Inf. S.O.  
Sig.ra Maria Teresa Garofalo

Il Direttore Medico di P.U.  
Dr Salvatore De Paola

## LOTTO 1

	Bayer	Cam Hospital	Centre Forcature	Giein Hospital	Lucini Surgical	Medical Service
<b>ARMADIO ANTE CIECHE PER SALA OPERATORIA</b>						
<input type="checkbox"/> Struttura portante in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite di spessore 10 mm	6	4	6	6	4	4
<input type="checkbox"/> pareti tamburati di macty-vilene isolante	2	3	3	3	3	2
<input type="checkbox"/> Ante battenti in acciaio inox AISI 304 di spessore 1,5 mm	2	4	4	4	2	2
<input type="checkbox"/> serratura e doppia chiave	2	2	2	2	0	0
<input type="checkbox"/> Completo di N°05 ripiani interni in acciaio inox AISI 304 di spessore non inferiore a 10 mm regolabili su cremagliera.	5	3	5	5	3	0
<input type="checkbox"/> N°04 piedini acciaio inox AISI 304 regolabili sui quali appoggia la struttura	3	3	3	3	3	3
<input type="checkbox"/> completo di N°04 ruote per lo spostamento.	4	4	4	4	4	4
Dimensioni minimo 100x70 x 190 h.	6	6	6	6	6	0 prof. 58 cm
<input type="checkbox"/> privo di zoccolatura	2	0	2	2	2	2
<b>totale corr capitolato</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>17</b>
corrispondenza capitolato max 35	32	29	35	35	27	17
qualità e rifiniture max 25	20	18	20	18	20	10
sostegno cerniere e chiusure max 10	0	0	0	0	10	6
<b>valutazione generale</b>	<b>52</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>57</b>	<b>33</b>

2) ARMADIO A VETRI PER SALA OPERATORIA	punt max	Bawer	Cam Hospital	Centro Forniture Sanitarie	Gioia Hospital	Lucini Surgical Concept	Medical Service
<input type="checkbox"/> Struttura in acciaio inox AISI 304 satinato scotch - brite di spessore non meno di 10 mm	6	6	4	6	6	4	4
<input type="checkbox"/> pareti tamburati di macry-vilene isolante	3	1,5	3	3	3	3	2
<input type="checkbox"/> N° 02 ante a battenti in vetro temperato di spessore non meno di 7 mm	6	4	4	6	6	4	4
<input type="checkbox"/> serratura a doppia chiave	2	2	2	0	2	0	0
<input type="checkbox"/> n. 5 ripiani interni in acciaio inox AISI 304 di spessore non inferiore a 10 mm regolabili su cremagliera. Privo di zoccolatura	8	8	0	8	8	8	2
<input type="checkbox"/> completo di ruote con freni e di piedi in acciaio inox AISI 304 regolabili.	4	4	4	4	4	4	4
<input type="checkbox"/> Dimensioni minimo 100 x 70 x 190 h.	6	6	6	6	6	6	0 prof. 58 cm
<b>Totale corr capitolato</b>	35	31,5	23	33	35	29	16
corrispondenza capitolato max 35		31,5	23	33	35	29	16
qualità e rifiniture max 25		20	10	22	18	20	10
sostegno cerniere e chiusure max 10		0	0	0	0	10	6
<b>valutazione generale</b>		51,5	33	55	53	62	32

1) SEDILE PER OPERATORE TIPO "POUSCHE" con le seguenti caratteristiche tecniche:	punt max	Biomedical Service	Cam Hospital	Centro Forniture Sanitarie	Cioia Hospital	Lucini Surgical Concept
Sedile per operatore modello POCUSCHE elevabile in altezza mediante vite, copertura con sistema di sicurezza di fine corsa, Altezza regolabile da un minimo di 40 al massimo di 80 cm. Con escursione di cm 20.	13	10	8	8	13	12
provvisto di sistema basculante a molla,	10	10	10	10	10	10
struttura in acciaio inox AISI 304 base in acciaio con diametro non inferiore a 40 cm. Dimensione circa. 38 x 57	12	12	6	6	12	12
<b>totale corr capitolato</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>34</b>
<b>GRIGLIA DI VALUTAZIONE:</b>						
<b>CORRISPONDENZA AL CAPITOLATO DI GARA</b>	<b>PUNTI 35</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>34</b>
<b>ERGONOMIA E MANEGGEVOLEZZA</b>	<b>PUNTI 15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>QUALITA' E ROBUSTEZZA DEI MATERIALI</b>	<b>PUNTI 15</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
Stabilità e qualità di assemblaggio e chiusura	PUNTI 5	5	2	2	5	5
<b>valutazione generale</b>		<b>66</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>67</b>	<b>69</b>

2) SGABELLO acciaio inox AISI 304 con le seguenti caratteristiche tecniche:	punt max	Biomedical Service	Cam Hospital	Centro Forniture Sanitarie	Cioia Hospital	Lucini Surgical Concept
sgabello interamente in acciaio inox AISI 304 regolabile in altezza a vite con escursione di cm 15 facilmente lavabile.	15	15	13	13	13	15
Diametro 35 circa.	7	7	5	4	7	7
Provvisto di 5 razze con ruote.	13	13	13	13	13	13
<b>totale corr capitolato</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>35</b>
<b>GRIGLIA DI VALUTAZIONE:</b>						
<b>CORRISPONDENZA AL CAPITOLATO DI GARA PUNTI 35</b>		<b>35</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>35</b>
<b>ERGONOMIA E MANEGGEVOLEZZA PUNTI 15</b>		13	13	13	13	13
<b>QUALITA' E ROBUSTEZZA DEI MATERIALI PUNTI 15</b>		15	13	9	13	15
Stabilità e qualità di assemblaggio e chiusura PUNTI 5		4	4	3	4	5
<b>valutazione generale</b>		<b>67</b>	<b>61</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>68</b>

3) PEDANA PER SALA OPERATORIA con le seguenti caratteristiche tecniche:	punt max	Biomedical Service	Cam Hospital	Centro Forniture Sanitarie	Cioia Hospital	Lucini Surgical Concept
Struttura in acciaio inox AISI 304 ad un posto	22	22	22	22	22	22
misura 80 x 50 x 20 cm h.	13	13	13	13	13	13
<b>totale corr capitolato</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>GRIGLIA DI VALUTAZIONE:</b>						
<b>CORRISPONDENZA AL CAPITOLATO DI GARA PUNTI 35</b>		35	35	35	35	35
<b>ERGONOMIA E MANEGGEVOLEZZA PUNTI 15</b>		15	15	15	15	15
<b>QUALITA' E ROBUSTEZZA DEI MATERIALI PUNTI 15</b>		12	10	15	10	15
Stabilità e qualità di assemblaggio e chiusura PUNTI 5		2	5	5	5	5
<b>valutazione generale</b>		<b>64</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>70</b>

	punt max	Biomedical Service	Cam Hospital	Centro Forniture Sanitarie	Gioia Hospital	Lucini Surgical Concept
<b>4) CARRELLO A DUE RIPIANI IN ACCIAIO INOX MIS. 90 x 60 x 85 H:</b>						
<input type="checkbox"/> Struttura interamente in acciaio inox AISI 18/10	13	13	13	13	13	13
<input type="checkbox"/> con due ripiani di appoggio di spessore non inferiore a mm 0,8	5	5	3	5	5	3,5
<input type="checkbox"/> senza bordi sui 4 lati	5	5	0	5	4	5
<input type="checkbox"/> 4 gambali-angolari di spessore di mm 3	3	3	2	3	3	2
<input type="checkbox"/> maniglia di spinta in acciaio inox aisi 304 in tubo tondo	3	3	3	3	3	3
<input type="checkbox"/> 4 ruote piroettanti diametro cm 6 dotati di freno	3	3	3	3	3	3
<input type="checkbox"/> Dimensioni 90 x 60 x 85 h circa.	35	35	27	34	34	32,5
<b>totale corr capitolato</b>						
<b>GRIGLIA DI VALUTAZIONE:</b>						
<b>CORRISPONDENZA AL CAPITOLATO DI GARA PUNTI 35</b>		35	27	34	34	32,5
<b>ERGONOMIA E MANEGGEVOLEZZA PUNTI 15</b>		15	10	8	13	10
<b>QUALITA' E ROBUSTEZZA DEI MATERIALI PUNTI 15</b>		15	2	6	5	5
Stabilità e qualità di assemblaggio e chiusura PUNTI 5		3	4	5	3	3,5
<b>valutazione generale</b>		<b>68</b>	<b>43</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	<b>51</b>

	punt max	Biomedical Service	Cam Hospital	Centro Forniture Sanitarie	Gioia Hospital	Lucini Surgical Concept
<b>5) SCALETTA A DUE GRADINI:</b>						
<input type="checkbox"/> struttura in tubo tondo di acciaio cromato	12	10	7	12	12	12
<input type="checkbox"/> diametro non inferiore a 30 x 1,5 di spessore	8	6	4	8	8	8
<input type="checkbox"/> Pedana in plastica stampata antistruciolo di colore nero	5	3	2	5	5	4
<input type="checkbox"/> La distanza da terra al lato inferiore della pedana deve essere di 22 cm.	3	3	3	3	3	3
<input type="checkbox"/> Misura della pedana circa cm 38 x 20 x 2 di spessore.	7	7	7	7	7	7
	35	29	23	35	35	34
<b>totale corr capitolato</b>						
<b>GRIGLIA DI VALUTAZIONE:</b>						
<b>CORRISPONDENZA AL CAPITOLATO DI GARA PUNTI 35</b>		29	23	35	35	34
<b>ERGONOMIA E MANEGGEVOLEZZA PUNTI 15</b>		12	8	14	15	15
<b>QUALITA' E ROBUSTEZZA DEI MATERIALI PUNTI 15</b>		12	5	15	11	11
Stabilità e qualità di assemblaggio e chiusura PUNTI 5		3	1	5	4	4
<b>valutazione generale</b>		<b>56</b>	<b>37</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	<b>64</b>



	punt max	Biomedical Service	Cam Hospital	Centro Fornitore Sanitarie	Gioia Hospital	Lucini Surgical Concept
<b>6) ASTE PORTA FLEBO IN ACCIAIO:</b>						
<input type="checkbox"/> interamente in acciaio inox AISI 304	14	14	10	14	14	14
<input type="checkbox"/> asta telescopica regolabile in altezza da 160 a 220 cm,	10	10	10	10	10	10
<input type="checkbox"/> gancio a 4 posti	5	5	5	5	5	5
<input type="checkbox"/> base senza ruote	3	3	0	3	3	0
<input type="checkbox"/> completa di supporto per pompa di perfusione	3	3	3	3	3	3
	35	35	28	35	35	32
<b>totale corr capitolato</b>						
<b>GRIGLIA DI VALUTAZIONE:</b>						
<b>CORRISPONDENZA AL CAPITOLATO DI GARA</b>	<b>PUNTI 35</b>	35	28	35	35	32
<b>ERGONOMIA E MANEGGEVOLEZZA</b>	<b>PUNTI 15</b>	10	15	15	12	12
<b>QUALITA' E ROBUSTEZZA DEI MATERIALI</b>	<b>PUNTI 15</b>	1	15	15	3	6
Stabilità e qualità di assemblaggio e chiusura	<b>PUNTI 5</b>	2	5	5	3	3
<b>valutazione generale</b>		<b>48</b>	<b>63</b>	<b>70</b>	<b>53</b>	<b>53</b>

	punt max	Biomedical Service	Cam Hospital	Centro Forniture Sanitarie	Gioia Hospital	Lucini Surgical Concept
<b>7) CARRELLO PER DISTRIBUZIONE FARMACI:</b>						
Carrello combinato di materiali plastici e acciaio resistente e adattabile ad ogni necessità. Ogni elemento deve essere comodamente estraibile per una facile manutenzione igienica. facilmente guidabile, scorrevole, leggero e silenzioso. Design funzionale con una combinazione di piani di lavoro, maniglie di spinta e impugnature delle maniglie dei cassettei tale da garantire una postura corretta e prevenire l'affaticamento e lo stress del personale sanitario.	14	9	10	11	14	14
N.6 cassettei con larghezza 600 mm ed h 75 mm, colore maniglia n.2 rosso, n.2 blu, n.2 verde	5	4	4	4	5	3
N.1 cassetto con larghezza 600 mm ed h 225 mm, colore maniglia giallo	5	4	4	4	5	3
N.1 struttura superiore porta accessori a 2 barre, regolabili in altezza	2	2	2	2	2	2
n. 2 porta sondini/ cateteri	3	3	3	3	3	3
Dimensione cm 89x60x104/171 h	2	1	1	1	2	1
Piano di lavoro estraibile h 100 cm	2	2	2	2	2	2
peso kg 70	2	1	1	1	2	1
<b>totale corr capitolato</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>29</b>
<b>GRIGLIA DI VALUTAZIONE:</b>						
<b>CORRISPONDENZA AL CAPITOLATO DI GARA PUNTI 35</b>		<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>29</b>
<b>ERGONOMIA E MANEGGEVOLEZZA PUNTI 15</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
<b>QUALITA' E ROBUSTEZZA DEI MATERIALI PUNTI 15</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
Stabilità e qualità di assemblaggio e chiusura PUNTI 5		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>5</b>
<b>valutazione generale</b>		<b>43</b>	<b>45</b>	<b>56,5</b>	<b>63,5</b>	<b>64</b>