

Dr. Enrico Costabile
Dr. Gregorio Greco
Dr. Eugenio Scanga
Dr. Duilio Caruso
Dr. Massimo Colomba
Dr. Alessio Cristiano
Dr. Antonio Crescibene
Dr. Gaetano Gentile
Dr. Francesco Martire

Alla c.a. Dott. A. Grano

Economato SEDE

OGGETTO: valutazione caratteristiche tecniche fornitura sistemi di immobilizzazione leggera per arti (Me.Pa n°1569581)

In merito alla gara per l'acquisizione di dispositivi preformati d' immobilizzazione leggera per arti, facendo riferimento alle specifiche tecniche minime indicative, presenti nel capitolato e dopo disamina delle documentazioni presentate, si assegnano i punteggi seguenti:

	caratteristiche tecniche, ecc (max 42)	Documentazione, ecc (max 3)	Confezionamento (max 2)	Assistenza, ecc. (max 3)	Tot.
BIOMEDICAL SERVICE s.r.l.	36	0	2	0	38
DEMAR HOSPITAL s.r.l.	36	3	2	3	44
FAS HOSPITAL s.r.l.	38	3	2	3	46
MONDOMED ITALIA s.r.l.	42	3	2	0	47


Dr. Enrico Costabile
Dr. Gregorio Greco
Dr. Eugenio Scanga
Dr. Duilio Caruso
Dr. Massimo Colomba
Dr. Alessio Cristiano
Dr. Antonio Crescibene
Dr. Gaetano Gentile
Dr. Francesco Martire

Specifica riassuntiva dei punteggi assegnati

	caratteristiche tecniche, ecc (max 42)	Documentazione, ecc (max 3)	Confezionamento (max 2)	Assistenza, ecc. (max 3)	Tot.
BIOMEDICAL SERVICE s.r.l.	Manca benda di bloccaggio traspirabile forato	Non valutabile manca documentazione	2	Non valutabile manca documentazione	38
DEMAR HOSPITAL s.r.l.	Manca benda di bloccaggio traspirabile forato	3	2	3	44
FAS HOSPITAL s.r.l.	Traspirabile forato con benda	3	2	3	46
MONDOMED ITALIA s.r.l.	materiale poroso traspirante non forato con benda	3	2	Non valutabile manca documentazione	47

Cosenza, 01 agosto 2017

Dott. F. Martire



Dott. G. Gentile

